

AI GENTILI CLIENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI CALIBRAZIONE PIPETTE/ BURETTE E PRODOTTI LIQUID HANDLING

Egregio Cliente,

insieme alla presente ha ricevuto da noi una pagina nella quale Le chiediamo di effettuare la **decontaminazione** delle sue pipette/burette o dei prodotti sui quali dovremo intervenire per servizi di riparazione, calibrazione e assistenza tecnica in generale.

Con queste poche righe vogliamo sensibilizzarla sul fatto che, essendo utilizzati in laboratorio, tali prodotti che ci pervengono in una scatola, possono essere contaminati per diversi fattori:

- **Chimici**
- **Biologici**
- **Radioattivi**

Come potrà immaginare, purtroppo, **non conosciamo perfettamente l'attività del suo laboratorio**, e ci è onestamente impossibile reperire tutti i mezzi per decontaminare presso di noi relativamente ai fattori citati. Ecco perché chiediamo a Voi di effettuare le **corrette decontaminazioni e di compilare il modulo allegato**, fornendoci informazioni di base sugli utilizzi del vostro prodotto e su come avete provveduto a ripulirlo da eventuali rischi.

L'utilizzo di alcuni dispositivi di protezione individuale, **non ci consente di limitare tutti i rischi, se sconosciuti**, ai quali i nostri tecnici potrebbero andare incontro se i prodotti fossero contaminati. Vi ringraziamo in anticipo e vi preghiamo quindi di prestare la massima attenzione nella pulizia e decontaminazione dei prodotti che ci inviate per interventi o che ci sottoponete quando lavoriamo presso di Voi in laboratorio.

Certi della Vostra comprensione e dell'attenzione che, come noi, ponete alla sicurezza degli operatori, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Maurizio Annicchiarico
Amministratore Unico

Ing. Michele Stefano Baldassarre
Responsabile Qualità